

Na osnovi članka 29. točke 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje („Narodne novine,” broj 74/25.) i članka 17. Pravilnika o postupku stavljanja ortopedskih i drugih pomagala na osnovnu i dodatnu listu ortopedskih i drugih pomagala i određivanja cijena ortopedskih i drugih pomagala ("Narodne novine", broj 69/19. i 81/20.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 42. sjednici održanoj 25. veljače 2026. godine donijelo je

ODLUKU

o neprihvatanju prijedloga za stavljanjem ortopedskih i drugih pomagala na osnovnu i dodatnu listu ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se prijedlozi za stavljanjem ortopedskih i drugih pomagala na osnovnu i dodatnu listu ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje pravnih odnosno fizičkih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji su predstavnici i/ili distributeri za Republiku Hrvatsku ili proizvođači u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: podnositelji prijedloga), koji nisu prihvaćeni.

Popis podnositelja prijedloga iz stavka 1. ovoga članka, sa obrazloženjem neprihvatanja, utvrđeni su u tablici koja je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 025-04/26-01/38
URBROJ: 338-01-01-26-01
Zagreb, 25. veljače 2026. godine

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje



Tomislav Dulibić, dipl. iur.

TABLICA UZ ODLUKU

o neprihvatanju prijedloga za stavljanjem ortopedskih i drugih pomagala na Osnovnu listu ortopedskih i drugih pomagala i Dodatnu listu ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Redni broj	Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH / Stručno društvo Hrvatskog liječničkog zbora	Pomagalo / Medicinska indikacija odnosno smjernica	Obrazloženje	Zaključak Povjerenstava za opća medicinsko-tehnička i ortopedska pomagala Zavoda
1.	TEHNOMEDIKA d.o.o.	- skupina Pomagala za disanje, generički naziv "Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP/APAP) s telemonitoringom", zaštićenog naziva „AirSense 10 AutoSet; AirSense 10 AutoSet for Her“; generički naziv „Maska za uređaj za potpomognuto disanje (CPAP/APAP) s telemonitoringom“, zaštićenog naziva „AirFit N20“ i „AirFit P10“, proizvođača ResMed, Australija	Ne prihvaća se prijedlog trgovačkog društva Tehnomedika d.o.o. za stavljanje predloženog pomagala na Osnovnu listu ortopedskih i drugih pomagala jer predložena visoka cijena nije u skladu s istovrsnim pomagalima na Osnovnoj listi ortopedskih i drugih pomagala, a budući da ovo pomagalo nudi nadstandard, nije prihvatljivo da se isti s predloženom cijenom briše iz Dodatne i stavlja na Osnovnu listu ortopedskih i drugih pomagala Zavoda, kako je predloženo od strane trgovačkog društva Tehnomedika.	Točka 8. 10. sjednica Povjerenstva za opća medicinsko-tehnička pomagala Zavoda od 09. prosinca 2025. godine
2.	STRUČNA SLUŽBA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	- generički naziv "Gumene rukavice za višekratnu uporabu - EPSM02P "	Ne prihvaća se prijedlog stručne službe za uvrštavanje Gumenih rukavica za višekratnu upotrebu na Osnovnu listu ortopedskih i drugih pomagala s obzirom da se ne radi o registriranom medicinskom proizvodu već o proizvodu opće namjene koji se koristi kao zaštitno sredstvo te kao takvo ne ispunjava kriterije za stavljanje na listu.	Točka 18. 10. sjednica Povjerenstva za opća medicinsko-tehnička pomagala Zavoda od 09. prosinca 2025.

Redni broj	Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH / Stručno društvo Hrvatskog liječničkog zbora	Pomagalo / Medicinska indikacija odnosno smjernica	Obrazloženje	Zaključak Povjerenstava za opća medicinsko-tehnička i ortopedska pomagala Zavoda godine
3.	AKTIV MEDICAL d.o.o.	skupina Pomagala za govor, generički naziv „Govorna valvula-jednosmjerna s konekcijom za respirator“, zaštićeni naziv „Primed Halberstadt Vent“, proizvođača Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH, Njemačka	Ne prihvata se prijedlog trgovačkog društva AKTIV MEDICAL d.o.o. za stavljanje novog pomagala na Osnovnu listu ortopedskih i drugih pomagala Zavoda, skupine Pomagala za govor, proizvođača Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH, Njemačka, generičkog naziva „Govorna valvula - jednosmjerna s konekcijom za respirator“, zaštićenog naziva "Primed-Phon Vent" obzirom da podnositelj prijedloga, niti na traženje Zavoda, nije dostavio dokumentaciju potrebnu za uvrštenje novog pomagala na listu pomagala Zavoda utvrđenu Pravilnikom o postupku stavljanja ortopedskih i drugih pomagala na osnovnu i dodatnu listu ortopedskih i drugih pomagala i određivanja cijena ortopedskih i drugih pomagala ("Narodne novine", broj 69/19, 81/20).	Točka 2. 1. sjednica Povjerenstva za opća medicinsko-tehnička pomagala Zavoda od 27. siječnja 2026. godine
4.	INEL-MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o.	skupina Pomagala za govor, generički naziv „Jednosmjerni govorni ventil za traheostomirane pacijente“, zaštićeni naziv „Freevent@DualCare™ - Speaking Valve - ref.7744“, generički naziv „Freevent@HME - ref.7742“, generički naziv „Kazete za održavanje topline i vlažnosti zraka HME 15“, zaštićeni naziv „Freevent@HME - ref.7747“, po cijeni od 3,1500 EUR obzirom da podnositelj prijedloga nije, niti na traženje Zavoda, dostavio dokumentaciju potrebnu za uvrštenje novog pomagala na listu pomagala Zavoda utvrđenu Pravilnikom o postupku stavljanja ortopedskih i drugih pomagala na osnovnu i dodatnu listu ortopedskih i drugih pomagala i određivanja cijena ortopedskih i drugih pomagala ("Narodne novine", broj 69/19, 81/20).	Ne prihvata se prijedlog trgovačkog društva INEL-MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o. za stavljanje novog pomagala na Osnovnu listu ortopedskih i drugih pomagala Zavoda, skupine Pomagala za govor, proizvođača Atos Medical AB, Švedska, generički naziv „Jednosmjerni govorni ventil za traheostomirane pacijente“, zaštićeni naziv "Freevent@DualCare™ - Speaking Valve - ref.7744", generički naziv "Freevent@HME - ref.7742", generički naziv "Kazete za održavanje topline i vlažnosti zraka HME 15", zaštićeni naziv "Freevent@HME - ref.7747", po cijeni od 3,1500 EUR obzirom da podnositelj prijedloga nije, niti na traženje Zavoda, dostavio dokumentaciju potrebnu za uvrštenje novog pomagala na listu pomagala Zavoda utvrđenu Pravilnikom o postupku stavljanja ortopedskih i drugih pomagala na osnovnu i dodatnu listu ortopedskih i drugih pomagala i određivanja cijena ortopedskih i drugih pomagala ("Narodne novine", broj 69/19, 81/20).	Točka 3. 1. sjednica Povjerenstva za opća medicinsko-tehnička pomagala Zavoda od 27. siječnja 2026. godine

Redni broj	Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH / Stručno društvo Hrvatskog liječničkog zbora	Pomagalo / Medicinska indikacija odnosno smjernica	Obrazloženje	Zaključak Povjerenstava za opća medicinsko-tehnička i ortopedska pomagala Zavoda
			81/20).	
5.	TRADEMED d.o.o.	skupina Pomagala za disanje, generički naziv „Neinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovlaživačem“, zaštićeni naziv „S. Box Duo ST“, generički naziv „Obnovljeni Neinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovlaživačem“, zaštićeni naziv „S.Box Duo ST“, generički naziv „Dijelovi neinvazivnog ventilatora S.Box Duo ST koji se mijenjaju nakon 20.000 radnih sati“, zaštićenog naziva „S. Box Duo ST“, podskupina „Pripadajući potrošni materijal za neinvazivni ventilator Sefam S.Box Duo ST“, generički naziv „Filter vanjski grubi crni“, zaštićeni naziv „Inlet air filters,M-315940-01“, generički naziv „Filter sitnih čestica“, zaštićeni naziv „High Efficiency fine particle filters,M-413950-04“, GENERIČKI NAZIV „Cijev za zrak“, zaštićeni naziv „S.Box ø 15mm standard tube,M-261000-05“, generički naziv „Posuda ovlaživača“, zaštićeni naziv „S.Box humidifier chamber,M-216430-06“, proizvođača Sefam	Ne prihvaća se prijedlog trgovačkog društva TRADEMED d.o.o. za stavljanje istovrsnog pomagala na Osnovnu listu ortopedskih i drugih pomagala Zavoda, skupine Pomagala za disanje, proizvođača Sefam kako je predloženo u prijedlogu podnosioca prijedloga, obzirom podnositelj prijedloga nije dokazao da pomagalo generičkog naziva „Neinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovlaživačem“, zaštićenog naziva „S.Box Duo ST“, ima zadovoljena sva četiri modaliteta ventilacije, kako je u svom mišljenju odredilo Hrvatsko pulmološko društvo pri Hrvatskom liječničkom zboru., kao minimalni stručni standard koji pomagalo s Liste pomagala Zavoda za odgovarajuću primjenu, u indikacijama za koje je namijenjeno, kod osiguranih osoba Zavoda mora zadovoljiti.	Točka 4. 1. sjednica Povjerenstva za opća medicinsko-tehnička pomagala Zavoda od 27. siječnja 2026. godine